

单一来源采购专家论证意见表

2025 年 10 月 10 日

预算单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目名称	宁夏回族自治区宁安医院化学发光试剂及耗材采购项目			
项目金额	50 万元			
专家 1 论证意见	专家姓名	马民伟	职称	副主任医师
	工作单位	银川市中医医院		
	本项目拟采购的化学发光试剂需与现在用设备配套使用,具有专属性,非原厂试剂无法满足检测结果的准确性、敏感性,故建议单一来源方式购买原厂配套试剂。			
专家 2 论证意见	专家姓名	洪冬青	职称	主任医师
	工作单位	宁夏医科大学总医院		
	1. 技术独占性与设备配套要求 该检测试剂为专用配套试剂,其反应体系校准参数及分析软件均受设备原厂知识产权保护。非原厂试剂可能导致:检测结果准确性偏差,影响临床诊断的准确性、有效性;设备校准失效,违反实验室质量管理体系;造			

	或检测设备损坏,增加后续性维修成本风险。 2. 检测方法学的不可替代性 临床验证数据表明,更换试剂将导致检测敏感性/特异性下降			
专家 3 论证意见	专家姓名	曹宇芳	职称	副主任医师
	工作单位	宁夏回族自治区疾病预防控制中心		
	甲方拟采购的化学发光试剂仅能满足检测项目,是甲方仪器设备技术设备的配套要求,该设备配套同配套试剂及耗材,为保障该设备厂家的知识产权的完整,该厂家的试剂及耗材无法满足甲方要求,该厂家的试剂及耗材为满足甲方检测的结果的准确性、有效性、稳定性等性能,该厂家无法替代,为了满足甲方的需求,故建议单一来源采购。			
结论	建议单一来源采购。			